

۳. ضروری است از پرستار دریافت کننده هشدار، درخواست کند تا ضمن معرفی خود مجدداً اطلاعات گزارش شده را تکرار نماید تا از این طریق از صحت اطلاعات مبادله شده مطمئن گردد.

۴. پرسنل فنی آزمایشگاه موظف است اطمینان کسب نماید مقدار بحرانی بیمار علاوه بر اطلاع رسانی از طریق نرم افزار HIS نیز اطلاع رسانی می گردد

۵. پس از اعلام نتیجه به پرستار در صورت مغایرت با سابقه و یا شرح حال بیمار درخواست ارسال نمونه مجدد میگردد.

۶. پرسنل فنی آزمایشگاه موظف است همزمان با اطلاع رسانی گزارش مقدار بحرانی به بخش جهت کسب اطمینان از صحت آزمایش انجام شده آزمایش را بر روی همان نمونه به صورت دوتایی و یا در کنار یک کنترل مناسب تکرار کرده و از صحت نتایج بدست آمده قبلی اطمینان حاصل نماید.

۷. جهت مستندسازی مقادیر بحرانی ضروری است مسئول اطلاع رسانی مقادیر بحرانی اطلاعات مربوط به گزارش تلفنی را در دفتر گزارش مقادیر بحرانی ثبت نماید. این اطلاعات شامل: نام و نام خانوادگی شخص گزارش دهنده و گزارش گیرنده، مقادیر بحرانی گزارش شده، زمان و تاریخ اعلام گزارش می باشد.

چگونگی گزارش مقادیر بحرانی در بیماران سرپایی:

۱. چنانچه تاریخچه گویای صحت نتیجه آزمایش باشد با بیمار یا خانواده تماس تلفنی گرفته میشود و شرح حال مختصری از بیمار اخذ نماید و چنانچه شرایط بیمار بر اساس شرح حال اخذ شده گویای صحت نتایج آزمایش باشد از وی یا خانواده اش درخواست میشود که برای دریافت سریع آزمایش و ارائه به پزشک به آزمایشگاه مراجعه نماید.

۲. در غیر این صورت از وی درخواست میشود که شرایط روز نمونه گیری را تشریح نماید چرا که ممکن است نمونه گیری صحیح نبوده باشد.

۳. در صورتیکه شرح حال بیمار با مقادیر گزارش شده همخوانی ندارد ضروری است مسئول اطلاع رسانی مقادیر بحرانی از بیمار یا خانواده وی در خصوص شرایط روز نمونه گیری سؤالاتی طرح نموده و از صحت روش نمونه گیری اطمینان کسب نماید.

۴. در صورتی که بررسی ها نشان داد که روش نمونه گیری یا شرایط روز نمونه گیری مناسب نبوده است ضروری است از بیمار و خانواده وی بخواهد تا بصورت حضوری به آزمایشگاه مراجعه نماید.

۵. همچنین موظف است جهت کسب اطمینان از درک صحیح اهمیت موضوع توسط بیمار یا خانواده وی از فرد پاسخ دهنده به تلفن درخواست نماید یکبار دیگر اقدامات توصیه شده را تکرار نماید.

۶. سپس تاریخ، ساعت و نام پیام گیرنده و پیام دهنده و مقدار بحرانی و نام تست را در دفتر مربوطه ثبت کند.

۷. چنانچه مسئول اطلاع رسانی موفق به تماس با بیمار یا خانواده وی و گزارش مقادیر بحرانی نشده ضروری است ضمن ثبت کلیه موارد عدم موفقیت در دفتر گزارش مقادیر بحرانی نسبت به برقراری تماس تا حصول اطمینان از اطلاع نتایج مجدداً تلاش نماید.

امکانات و ملزومات و منابع :		
منابع و مراجع: الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، الزامات مربوط به مستندسازی، بند ۸ و ۹	صاحبان فرایند: مسئول فنی آزمایشگاه، کارکنان آزمایشگاه - مسئول فنی بیمارستان	
	ذینفعان :	
ابلاغ کننده : دکتر ثمانه میرزاحسینی سمت : رئیس بیمارستان	تایید کننده : دکتر امیرحسین محمودی سمت : مدیر بیمارستان	تهیه کننده : دکتر منصوره توکلی (مسئول فنی آزمایشگاه) امیرهانی کریمی پور (سوپروایزر آزمایشگاه)